

编号: YNH/AJ-15-112-2011

## 血小板诱聚剂(花生四烯酸)出厂检验报告

检验依据: 血小板诱聚剂(花生四烯酸)产品质量标准 YNH/AJ-15-112-2011

外观检查	1. 血小板诱聚剂为冻干品, 外观为白色或淡黄色疏松粉末; 2. 去离子水复溶后为无色或淡黄色液体。	符合要求	√	
净含量	不低于标示量。	1.0ml	√	
重复性	测定血液标本时, 血小板聚集率的批内变异系数(CV)应不高于 10%。	0.00%	√	
批内瓶间差	测定血液标本时, 血小板聚集率的瓶间变异系数(CV)应不高于 10%。			

