

编号: YNH/AJ-15-13-2024

样本稀释液出厂检验报告

试剂规格: 1L、20L

设备信息:

仪器名称	血小板分析仪	PH计	电导率仪	冰点渗透压
仪器型号	PL-12	PHS-3C	DDSI-303A	FM-8P

外观	透明液体, 无可见沉淀、颗粒或絮状物	符合要求	√
装量	不低于标示量	20.05L 20.06L 20.05L 20.06L	√
pH值	25°C时, 7.00±0.20	检测温度: 25.0°C 7.00 7.00 7.00 7.00	√
电导率	25°C时, 17.30±0.50mS/cm	检测温度: 25.0°C 17.34 17.33 17.33 17.33	√

共 2 页

第 2 页 共 2 页



检测人: 王超

复核人: 张超

检测日期: 2024.03.15