

编号: YNH/AJ-15-13-2024

样本稀释液出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求编号: 苏械备 20240008 号

检验日期: 2025.04.09

试剂批号: 22504071


产品型号: PLR-01

配套清洗剂批号: 22504011

试剂规格: 1L、20L

设备信息:

检验项目	要求	检验结果				结果判定
		检测1	检测2	检测3	均值	
外观	或絮状物	符合要求				√
pH值	25℃时, 7.10±0.20	检测温度: 25.0℃				√
		7.14	7.14	7.14	7.14	



检验人: 姜文 日期: 2025.04.09