


编号: YNH/AJ-15-33-2016

### 生化分析仪用清洗液/剂出厂检验报告

pH值测定	SBD清洗液: 25±1℃时的pH值应 $\geq$ 12; NQH清洗液: 25±1℃时的pH值应 $\geq$ 12.5	检测温度: 25.0℃	√
消沉率	消沉率 $\geq$ 90%		√
结论	检验是否合格。		



检验员: 李俊 日期: 2016.08.27