编号：YNH/AJ-15-33-2016

生化分析仪用清洗液/剂出厂检验报告

试剂名称：NCH 清洗液　　试剂批号：2250421

检验项目	要求	检验结果	判定
清洗率	清洗率大于 90%。	98.4%	√