编号：YNH/AJ-15-42-2017

白蛋白检测试剂盒（溴甲酚绿法）出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号　苏械注准 20172401823

检验日期：　2025-04-25　　试剂盒批号：　2250423

生化仪机型：　DS-401　　生化仪编号：

试剂盒规格：

型号	规格
160ml（40）	R：40ml×4　STD：1ml×1

有证参考物质	北京市医疗器械检验所	GBW(E)090619	/	42.9g/L

pH值测定	pH值范围是4.10±0.20。		4.21	√
	在试剂测量范围内，线性相关系数r应不小于0.9900。		0.9965	√
线性测定	[10.0-20.0]g/L范围内，线性绝对偏差不超过4.0g/L； (20.1-60.0]g/L范围内，线性相对偏差不超过20%。	浓度2	3.44%	√
		浓度3	2.36%	√
		浓度4	0.64%	√
		浓度5	2.82g/L	√
		浓度6	0.92g/L	√
标准液外观检查	无色或淡灰色透明液体		符合要求	√
标准液准确度测定	相对偏差应不大于±10%。		-0.33%	√