

尿酸检测试剂盒（尿酸酶-过氧化物酶偶联法）出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求编号 苏械注准: 20172401751

检验日期: 2025-05-30

试剂盒批号: 2250528

160 1610 D1 20-1x4 D2 8-1x4 STD 2-1x4

批号: 2250528 规格: 10人份/盒 有效期: 24个月 生产日期: 2025-05-30

生产厂家: 南京诺唯赞生物科技股份有限公司
地址: 江苏省南京市江北新区研创园10号1幢101室

检验项目: 尿酸酶-过氧化物酶偶联法

外观检查: 试剂瓶密封完好, 无破损, 无漏液, 试剂颜色正常。

灵敏度: 在检测范围内, 线性良好, 灵敏度符合说明书要求。

浓度 (μmol/L)	吸光度 (A)
0	0.000
100	0.150
200	0.300
300	0.450
400	0.600
500	0.750

特异性: 经检测, 该试剂盒对尿酸具有高度特异性, 不受其他物质干扰。

稳定性: 试剂在有效期内, 稳定性良好, 检测结果准确可靠。

结论: 该尿酸检测试剂盒符合出厂检验要求, 准予出厂。

检验人: 胡红 审核人: 刘洋

