

编号: YNH/AL15-02-2012

血小板分析仪专用清洗液出厂检验报告

检验日期: 2023.05.23

试剂批号: 22505191

配套稀释液批号: 22505061

试剂规格: 1L, 5L

设备信息:

外观: 合格 + 合格 + 合格 + 合格

项目	外观	无色透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求	√	合格
项目	净含量	不低于标识值	合格	合格	合格
项目	pH值	25±1℃时: 7.00±0.50	合格	合格	合格

检验员: 王强

检验日期: 2023.05.23

