编号：YNH/AJ-15-58-2011

总胆红素（钒酸盐法）测定试剂盒出厂检验报告

[illegible]

检验日期：2005.03.15　　[illegible]

	制造商	批号	有效期至	编号（[illegible]）	数量（[illegible]）
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

净含量测定	不低于标示值。	40 瓶	R1	33.0ml	√
			R2	9.0ml	
工作液光度变化率测定	在 450nm 处，光径 1cm 时，△A/min≤0.002。		0.0001		√
分析灵敏度测定	在 450nm 处，光径 1cm 时，△$A_{\mu mol/L}$≥1.5×10^{-3}。		2.40×10^{-3}		√
准确度测定	测定国家标准品，相对偏差不大于±10%。		水平 1	-3.12%	√
			水平 2	-5.35%	
批内精密度测定	CV≤3%。		2.61%		√
批间精密度测定	R≤10%。				

		浓度 5	0.51μmol/L	√
校准品外观检查	淡黄色疏松粉末。	符合要求		
校准品水分含量	校准品水分应不高于 5.0%。	4.41%		√
校准品正确度测定	量值溯源的正确度应符合$\lvert E_n \rvert \le 1$	0.58		√
校准品均匀性测定	瓶内：CV≤5%。	1.26%		

[illegible]