葡萄糖检测试剂盒（葡萄糖氧化酶法）出厂检验报告

校准品	Sinnowa	22507*0	2026-07-09	5.55mmol/L	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

对照灵敏度检定	吸光度变化ΔA_{min}≥0.02。	0.030	√
准确度检定	实测值与标示值相差应在±20%范围内。	-1.56%	√

		浓度 5	0.02mmol/L	√
校准品外观检查	无色透明液体。	符合要求	√
校准品准确性测定	使用校准品校准生化分析仪和试剂后，测定标准液，相	-0.18%	√
[illegible]	[illegible]	1.21%	