

编号: YNH/AJ-15-02-2012

血小板分析仪专用清洗液出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求

检验日期: 2024.01.09

试剂批号: 22401081

配套稀释液批号: 22401031

试剂规格: 1L、5L

检验项目:

检测名称	血小板分析仪	PH计
仪器型号	PL-12	PHS-3C
仪器编号	22111001C	600408N0016120545

检测项目	要求	检测结果			结果判定 合格/不合格	
		检测1	检测2	检测3		均值
可见异物	应符合GB 14731-2009第5.1.1条的要求	符合	符合	符合	符合	合格
可见微粒	应符合GB 14731-2009第5.1.2条的要求	符合	符合	符合	符合	合格
可见沉淀、颗粒或絮状物	应符合GB 14731-2009第5.1.3条的要求	符合	符合	符合	符合	合格

报告编号: YNH/AJ-15-02-2012

检测日期: 2024.01.09

检测地点: 江苏省医疗器械检验中心

