

编号: YNH/AJ-15-02-2012

血小板分析仪专用清洗液出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求

检验日期: 2024.01.31

试剂批号: 22401261

配套稀释液批号: 22312082

试剂规格: 1L、5L

设备信息:

仪器名称	血小板分析仪	PH计
仪器型号	PL-12	PHS-3C
仪器编号	P2HH001C	600408N0016120545

检验项目	要求	检验结果				结果判定 合格(√) 不合格(×)
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	
外观	无色透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求				√
净含量	不低于标识值	5L	5.03L	5.03L	5.03L	√

检验人:

王峰

复核人:

王峰

批准人:

张明

