

编号: YNH/AJ-15-02-2012

血小板分析仪专用清洗液出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求

检验日期: 2024.09.13

试剂批号: 22409061

配套稀释液批号: 22409052

试剂规格: 1L、5L

设备信息:

仪器名称	血小板分析仪	PH计
仪器型号	PL-12	PHS-3C

检验项目	要求	检验结果				合格(√); 不合格(×)
		检测1	检测2	检测3	均值	
外观	外观清洁透明, 无异物 残留, 无堵塞现象。	符合要求				√
pH值	符合产品技术要求	7.85	7.87	7.88	7.87	√
电导率	符合产品技术要求	检测温度: 25.03℃				√
5分钟	符合产品技术要求	0.120	0.120	0.120	0.120	√
5分钟	符合产品技术要求	0	0	0	0	√
复检率	复检率≤1%	0%				√
结论	检验合格	合格				√



检验员: 李强

日期: 2024.09.13

审核员: 王明

日期: 2024.09.13

检验员: 张华

日期: 2024.09.13