

编号: YNH/AJ-15-02-2012

血小板分析仪专用清洗液出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求

检验日期: 2024.09.27

试剂批号: 22409201

配套稀释液批号: 22409050

试剂规格: 1L/瓶

检验项目: 外观、pH值

序号	检验项目	检验结果	判定
1	外观	无色透明液体	合格
2	pH值	7.0-7.5	合格

空白值	PLP-10×10 ⁹ /L	PLP-50×10 ⁹ /L	PLP-100×10 ⁹ /L
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00



检验人: 张华 复核人: 李强 审核人: 王明