

编号: YNH/AJ-15-02-2012

## 血小板分析仪专用清洗液出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求

检验日期: 2024.10.12

试剂批号: 22410081

配套稀释液批号: 22409052

试剂规格: 1L, 5L

设备信息:

|      |          |                   |
|------|----------|-------------------|
| 仪器名称 | 血小板分析仪   | PH计               |
| 仪器型号 | PL-12    | PHS-3C            |
| 仪器编号 | P2HH001C | 600408N0016120545 |

| 检验项目 | 要求                       | 检验结果 |      |      |     | 结果判定<br>合格(√);<br>不合格(×) |
|------|--------------------------|------|------|------|-----|--------------------------|
|      |                          | 检测 1 | 检测 2 | 检测 3 | 均值  |                          |
| 外观   | 无色透明液体, 不得有<br>可见不溶物或杂质。 | 符合规定 |      |      |     | √                        |
| pH值  | 7.0~8.0                  | 7.1  | 7.2  | 7.3  | 7.2 | √                        |
| 电导率  | ≤1000 μS/cm              | 100  | 100  | 100  | 100 | √                        |
| 容量   | 符合规定                     | 100  | 100  | 100  | 100 | √                        |
| 清洗率  | 清洗率大于 90%。               | 0    | 0    | 0    | 0   | √                        |
| 结论   | 检验是否合格                   |      |      |      |     | √                        |

