HP-3B 血细胞分析用清洗液出厂检验报告

		2	0.0	0.0	0.0	0.0	√
	WBC≤0.3×10⁹/L	3	0.0	0.0	0.0	0.0	√
		3	0.00	0.00	0.00	0.00	√
		4	0	0	0	0	√
		5	0	0	0	0	√
		1	0	0	0	0	√
		2	0	0	0	0	√
	HGB≤2g/L	3	0	0	0	0	√

结论　　检验员：合格　　合格