

编号: YNH/AJ-15-42-2014

## 血细胞分析用稀释液出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求编号 苏宁械备 20140023

检验日期: 2024.04.11

试剂批号: 22404091

产品型号: HB-3D

试剂规格: 20L

配套清洗剂批号: 22401221

配套溶血剂批号: 22310091

设备信息:

仪器名称	血细胞分析仪	PH 计	电导率仪	冰点渗透压
仪器型号	HB-7021	PHS-3C	DDSJ-303A	FM-8P
仪器编号	H1HK001C	600408N0016120545	6107080510039	0611