编号：YNH/AJ-15-33-2016

试剂出厂检验报告

试剂名称：SED 清洗剂　　试剂批号：2250908

项目	要求	检测1	检测2	检测3	均值	判定
外观	无色或淡黄色透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求				√
净含量	不低于标示值。	40.5mL	40.5mL	40.5mL	40.5mL	√
pH值	SBD 清洗液：25±1℃，pH≥12； NCH 清洗液：25±1℃，pH=7.80±0.05； 血小板分析仪专用清洗液：25±1℃，pH=7.00±0.50； HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：25±1℃，pH=7.10±0.20。	检测温度：—℃				—
	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：WBC≤0.3×10⁹/L	—	—	—	—	
	血小板分析仪专用清洗液：RBC≤0.03×10¹²/L	—	—	—	—	
	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：RBC≤0.03×10¹²/L					

检验人：　　复核人：　　批准人：