

编号: YNH/AJ-15-33-2016

生化分析仪用清洗液/剂出厂检验报告

试剂名称: SBD清洗液

试剂批号: 2240410

检验日期: 2024.04.19

试剂规格: 40ml×5

检验项目	要求	检验结果	结果判定
外观检查	无色透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求	✓
净含量测定	不低于标示值。	40.0L	✓
pH 值测定	SBD 清洗液: 25±1℃时的 pH 值应≥12;	检测温度: —	—
	NCH 清洗液: 25±1℃时的 pH 值应为 7.75-7.85。	—	—
清洗率	清洗率大于90%。	98.2%	✓
结论	检验是否合格。		合格

