

编号: YNH/AJ-15-112-2011

血小板诱聚剂(花生四烯酸)出厂检验报告

检验依据: 血小板诱聚剂(花生四烯酸)出厂检验规程; 标检字第 2011/200885

仪器编号: 12345678

检验项目	要求	结果	判定
外观	血小板诱聚剂为冻干品, 外观为白色或黄色疏松粉末。		
含量	含量不低于90%。	95.0%	合格
批内均匀性	测定血液剂活性, 血小板聚集形成球印直径系数(45%) (变异系数) 10%。	1.05%	合格



检测人:

YHS

检测人:

YHS

检测人:

YHS