

编号: YNH/AJ-15-13-2024

样本稀释液出厂检验报告

— 仪器编号: P21N016C — 6004081N0010120545 — 010700000000

产品型号: PLR-01

配套清洗液批号: 22509051

试剂规格: 1L、10L、20L

设备信息: _____

仪器编号	P21N016C	6004081N0010120545	010700000000
------	----------	--------------------	--------------

检验项目	要求	检验结果				结果判定 合格(√); 不合格(×)
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	

渗透浓度	510 ± 10% (3000 μg)								
空白值	PLT ≤ 2.5 × 10 ⁷ /L	5	5	5	5				√
结论	检验是否合格								



检验人: 张军

复核人: 张军

批准人: 周琦