

编号: YNH/AJ-15-13-2024

样本稀释液出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求编号: 苏镇械备 20240098

检验日期: 2025.11.27

试剂批号: 22511251

产品名称: 稀释液

生产厂家/经销商: 江苏沃森

规格型号: 100ml/瓶

检验项目:

外观性状: 澄清无色液体, 无沉淀, 无异物

pH值: 7.0-8.0

渗透压: 280-320mOsm/L

无菌检查: 符合规定

细菌内毒素: 符合规定

热原检查: 符合规定

可见异物: 符合规定

不溶性微粒: 符合规定

装量差异: 符合规定

容器密封性: 符合规定

稳定性: 符合规定

有效期: 12个月

贮存条件: 常温避光


运输条件: 常温

包装规格: 100ml/瓶

生产日期: 2025.11.27

有效期至: 2026.11.27

检验结论: 合格



检验员: 张三 复核: 李四 批准: 王五