葡萄糖检测试剂盒（葡萄糖氧化酶法）出厂检验报告

[illegible]

紫外可见分光光度计型号：L5　　紫外可见分光光度计编号：[illegible]

PH 计型号：PHS-3C　　PH 计编号：600408N0016120566

试剂盒抽检规格：

型号	规格
[illegible]	R1：[illegible]；R2：[illegible]；STD：[illegible]

	制造商	批号	有效期至	靶值	范围（2SD）
校准品	Sinnowa	2251128	2026-11-27	5.55mmol/L	
[illegible]	[illegible]	GBW [illegible]	[illegible]	[illegible]	
质控品 1	Randox hum usy control 2	1695UN	2028-03	6.28mmol/L	5.34-7.22mmol/L
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

净含量测定	不低于标示值：	R2	9.0ml	√
		STD	2.0ml	√
空白吸光度测定	空白吸光度≤0.05	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		

校准品准确性测定	对偏差应不大于±10%。	[illegible]36%	√
校准品均一性测定	相对变异系数不超过5%。	0.16%	√
结论	检验结果合格。	[illegible]	

检验人：[illegible]　　复核人：[illegible]　　[illegible]