编号：YNH/AJ-15-66-2017

总蛋白检测试剂盒（双缩脲法）出厂检验报告

名称	厂家	批号	有效期至	浓度	其他
校准品 1	Sinnowa	2251202	2027-06-01	70g/L	

检验项目	要求	结果		判定
外观检查	蓝色透明液体，无悬浮物及沉淀物。	符合要求		√
净含量测定	不低于标示值。	40	40.0ml	√
		STD	1.1ml	√
空白吸光度测定	在 540nm 处，光径 1cm 时，空白吸光度 A≤0.200。	0.1767		√