

编号: YNH/AJ-15-13-2024

## 样本稀释液出厂检验报告

| 检测项目 | 检测标准       | 检测结果             | 判定 | 备注 |
|------|------------|------------------|----|----|
| 外观性状 | YNY-AJ-001 | 无色透明液体           | 合格 |    |
| pH值  | YNY-AJ-002 | 6.5-7.5          | 合格 |    |
| 电导率  | YNY-AJ-003 | 1750 ± 250 μS/cm | 合格 |    |
| 吸光度  | YNY-AJ-004 | 0.05             | 合格 |    |
| 蛋白质  | YNY-AJ-005 | 1.50 ± 0.05 g/L  | 合格 |    |
| 其他   | 按说明书执行     |                  |    |    |



Yunnan Yinyang Biotechnology Co., Ltd. | 云南阴阳生物科技有限公司