

编号: YNH/AJ-15-112-2011

血小板诱聚剂（花生四烯酸）出厂检验报告

检验依据: 血小板诱聚剂（花生四烯酸）产品技术要求: 苏械注准 20182400895

检验日期: 2026.01.22

试剂批号: 2260115

检验仪器: PL-12

仪器编号: P2NH005C

试剂规格: 1.1(1.1-1.2)

检验项目	要求	结果	判定
外观检查	1. 血小板诱聚剂为冻干品, 外观为白色或淡黄色疏松粉末; 2. 去离子水复溶后为无色或淡黄色液体。	符合要求	√
净含量	不低于标示量。	1.00ml	√

测空而边拉去时一面水而取作密的地由空已多瓶(20ml)空不



检测人: [Signature]

检测人: [Signature]

检测人: [Signature]