

编号: YNH/AJ-15-16-2011

血小板凝聚剂(二磷酸腺苷)出厂检验报告

检验依据: 血小板凝聚剂(二磷酸腺苷)产品技术要求; 苏械注准 20162400769

检验日期: 2026.03.17

试剂批号: 2260313

检验仪器: PL-10

仪器编号: 20250000000000000000

项目	技术要求	实测值	判定
重复性	测定血液标本时, 血小板聚集率的变异系数(CV)应不高于 10%。	1.52%	√
血小板聚集率	测定正常血液标本时, 血小板聚集率应不低于 90%。	56.27%	√
结论	检验是否合格		合格

