编号：YNH/AJ-15-50-2017

甘油三酯测定试剂盒（酶法）出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：苏械注准 20172401825

检验日期：2026-03-13　　试剂盒批号：2260312

生化仪机型：DS-401　　生化仪编号：DS1KS001

紫外可见分光光度计型号：L5　　紫外可见分光光度计编号：0770150202150500006

PH 计型号：PHS-3C　　PH 计编号：600408N0016120545

试剂盒抽检规格：

160ml(40)	R1：32ml×4　R2：8ml×4，STD：2ml*1

	制造商	批号	有效期至	靶值	范围（2SD）
标准品	Sinnowa	2260312	2027-03-11	2.26mmol/L	

空白吸光度测定	在 510nm 处，光径 1cm 时，空白吸光度 A≤0.200。	0.132	√
分析灵敏度测定	在 510nm 处，光径 1cm 时，浓度 1mmol/L 的甘油三酯时，吸光度变化△A_{mmol}≥0.05。	0.2965	√
准确度测定	采用参考物质，相对误差≤±15.0%。	7.76%	√
标准液均一性测定	瓶间变异系数不超过 5%。	0.24%	√

检验报告专用章