编号：YNH/AJ-15-58-2011

总胆红素（钒酸盐法）测定试剂盒出）检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：苏械注准 20142400552

分析灵敏度测定	在 450nm 处，光径 1cm 时，ΔA ≥1.5×10³	2.27×10³		√
准确度测定	测定国家标准品，相对偏差不大于±10%。	水平 1	-6.29%	√
		水平 2	-6.06%	
精密度测定	CV≤10%	4%		√
校准品外观检查		符合要求		
校准品水分含量	校准品水分应不高于 5.0%。	3.31%		√
		合格		

江苏英诺华医疗技术有限公司 质量管理部 检验报告专用章

检验人： 审核： 日期：