编号：YNH/AJ-15-67-2017

低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（清除法）出厂检验报告

有证参考物质	卫生部临床检验中心	GBW09178c	/	2.996mmol/L	

外观检查	R1 和 R2 均为无色透明液体，无悬浮物及沉淀物。	符合要求			√
净含量测定	不低于标示值	40	R1	33.0ml	√
			R2	9.0ml	√
空白吸光度测定	在 600nm 处，光径 1cm 时，测量 1mm-1H，应低于				

校准品外观检查	冻干粉,复溶后为淡黄色液体。	符合要求	√

校准品均一性测定	瓶间变异系数不大于 5%。	4.94%	√
结论	检验是否合格。	合格	