

编号: YNH/AJ-15-13-2024

样本稀释液出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求编号: 苏械备 20240098

检验日期: 2026.04.08

试剂批号: 22604071

产品型号: PLR-01

配套清洗液批号: 22603251

试剂规格: 1L、20L

设备信息:

仪器型号	规格	生产厂家	出厂日期	校准日期
分析天平	FA1004N1	上海精密科学仪器有限公司	20230301	20250301

检测项目	要求	检测结果				结果判定
		第一次	第二次	第三次	第四次	
外观	澄清无色, 无可见颗粒, 液位准确	合格	合格	合格	合格	
pH值	6.5-7.5	6.8	7.0	6.9	合格	
电导率	≤100 μS/cm	85	90	88	合格	
温度	25±0.5℃	25.0	25.1	24.9	合格	
浊度	≤0.1 NTU	0.05	0.06	0.04	合格	
细菌总数	≤10 CFU/mL	0	0	0	合格	
蛋白值	PLI ≤ 2.5 × 10 ³ / L	0.8	0.9	0.7	合格	
备注	符合出厂标准					



检验人: 张磊

复核人: 蔡钰

批准人: 周琦