

编号: YNH/AJ-15-33-2016

试剂出厂检验报告

试剂名称: PL 系列血小板分析仪用去蛋白液

试剂批号: 2260415

检验日期: 2026.04.16

试剂规格: 30mL

| 检验项目 | 要求 | 检验结果 | | | | 结果判定 |
|------|--|------|------|------|-----|------|
| | | 检测 1 | 检测 2 | 检测 3 | 均值 | |
| 外观 | 无色或淡黄色透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物 | 符合要 | 符合要 | 符合要 | 符合要 | 合格 |
| | SBD 清洗液: $25 \pm 1^\circ\text{C}$, $\text{pH} \geq 12$; | 符合要 | 符合要 | 符合要 | 符合要 | 合格 |
| | HB-3D 血小板分析仪用清洗液: $\text{RBC} \leq 0.03 \times 10^{12}/\text{L}$ | 符合要 | 符合要 | 符合要 | 符合要 | 合格 |
| | 血小板分析仪专用清洗液: $\text{RBC} \leq 0.03 \times 10^{12}/\text{L}$ | 符合要 | 符合要 | 符合要 | 符合要 | 合格 |
| | HB-3D 血细胞分析仪用清洗液: $\text{RBC} \leq 0.03 \times 10^{12}/\text{L}$ | 符合要 | 符合要 | 符合要 | 符合要 | 合格 |
| 结论 | 检验是否合格。 | 合格 | | | | 合格 |

